



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA

## EDITAL DE RETIFICAÇÃO

### PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2025

O MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA - RS, através do Núcleo de Compras e Licitações, sito à Rua Da República, 96 - CEP 98.740-000 – AUGUSTO PESTANA - RS - Fone: 0XX55 3334-4900, torna público a **RETIFICAÇÃO** do edital de licitação na modalidade **PREGÃO ELETRONICO Nº 2/2025**, cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ENTREGA PARCELADA, NOS PRAZOS E QUANTIDADES SOLICITADAS PELO MUNICÍPIO.**

**Da retificação:** A retificação altera a descrição do equipamento que consta no item 125 do termo de referência, conforme especificado a seguir:

#### 1) Descrição do Item 125:

#### Onde se lê:

**DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO SAMARITAN PAD HEARTSINE** O 350P utiliza o Pad-Pak™, um sistema HeartSine em que a bateria e os eletrodos são incorporadas em um cartucho descartável. Isto significa que é preciso observar apenas uma data de validade e trocar apenas uma peça depois do uso. O 350P é apropriado para aplicação em adultos e crianças. Dimensões físicas (com Pad-Pak™): Tamanho: 20 cm x 18,4 cm x 4,8 cm (8,0 pos x 7,25 pos x 1,9 pos) Peso (com a bateria do Pad-Pak): 1.1 kg (2.4 lbs) Adultos: Choque 1: 150J; Choque 2: 150J; Choque 3: 200J Crianças: Choque 1: 50J; Choque 2: 50J; Choque 3: 50J Documentação de eventos: Tipo: Memória interna; Capacidade de memória: 90 minutos de ECG (completo) e relatório de eventos e incidentes. Recursos de reconstituição: Cabo USB próprio conectado diretamente a um PC com software de revisão de dados Saver™ EVO para Windows. Pad-Pak — Cartucho de baterias e eletrodos Peso: 0,2 kg (0,44 lbs) Tamanho: 10 cm x 13,3 cm x 2,4 cm (3,93 pol x 5,24 pol x 0,94 pol) Tipo de bateria: Dióxido de lítio e manganês (LiMnO<sub>2</sub>) Capacidade: 60 choques a 200J 18V, 1,5 ampères horas Eletrodos: As pás descartáveis HeartSine samaritan® são fornecidas conforme o padrão com cada dispositivo Colocação: Anterior lateral (adulto); Anterior posterior (pediátrico) Área ativa do gel: 100 cm<sup>2</sup> (15,5 pol<sup>2</sup>) Comprimento do cabo: 1 m (3,5 pés)



### **Leia-se:**

**DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO** - Equipamento com tecnologia de onda bifásica não pesando mais que 2,4kg. Identificar e interpretar automaticamente o traçado do ECG do paciente através de pás adesivas multifunções, que devem ser descartáveis, auto aderentes. Pás adesivas com cabo de conexão universal. Capacidade para desfibrilação pediátrica, através de descarga de energia reduzida em no máximo 50J. Para paciente adulto, energia de no máximo de 200J. Indicador de status, indicador de status da bateria, indicador de manutenção, indicador de verificação das pás, indicadores de colocação das pás, indicador de botão de choque, indicador de modo criança; memória interna para no mínimo 3 registros de ECG de ao menos 30 minutos cada, com anotações para um registro; Ser capaz de auxiliar o socorrista a realizar RCP através de comando de voz em português, de forma detalhada, para guiar o usuário durante todo ciclo de ressuscitação. Possuir sistema de aviso sonoro e visual caso o aparelho necessite de manutenção, e também quando a bateria estiver fraca. Sinalização luminosa ou sonora para verificação da bateria, circuitos internos e calibração. Construído em material resistente a impactos. Indicador de status do equipamento externo. Padrão de resistência IP55. Bateria de fácil e rápida troca, sem necessidade de ferramentas; Possuir bateria independente da pá descartável, com vida útil de no mínimo 200 choques, 4 anos no modo espera e 7,5 horas de monitorização de ECG; Desde a inicialização do AED ate estar pronto para realizar uma descarga de 200 J não deve ultrapassar 10 segundos. Deve realizar autoteste diário e mensal. Deve possuir comunicação bluetooth, infravermelho ou wi-fi para transferência de dados. Garantia de no mínimo 5 anos do aparelho comprovado em manual da Anvisa. Registro na ANVISA. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 bateria descartável, 01 par de pás descartáveis adulto/pediátrica, 01 manual do operador.

A data de abertura do certame e demais informações do edital permanecem inalteradas.

Registre-se, e publique-se.

Augusto Pestana, 24 janeiro de 2025.

**SERGIO LUÍS NEUBERGER**

Prefeito Municipal